

- テスト結果のレポートをHTML、csv、pdf形式で保存
- ●ソフトウェアTEMA3000によるPCとの連動操作、シーケンスの 詳細設定が可能

■ 1上1氷		
	IMU-MGS	IMU-MGE
EFT	0.2-5.1kV	0.2-7.1kV
雷サージ	0.25-5.1kV (1.2/50μs)	0.25-8kV (1.2/50μs)
	0.125-2.55kA(8/20µs)	0.125-4kA(8/20μs)
ディップ	瞬停:Max16A	
	電圧変動試験:Max 5A	
コモンモード	0.1-35Vrms, 10-1000s	

そして、その道のプロフェッショナルは

NACC

日本オートマティック・コントロール株式会社

電子システムグループ

http://www.naccjp.com

●東京営業所 〒141-0032 東京都品川区大崎1-6-4 ☎(03)5434-1600 FAX.(03)5434-1630 ●大阪営業所 〒550-0005 大阪市西区西本町1-7-19 ☎(06)6541-3737 FAX.(06)6541-3730